





<b>TEST MICROBIOLOGICO</b>		<b>TRATTAMENTO SISTEMA HYGIENIO</b>	
		<b>28 agosto 2007</b>	
AGENTI INFETTANTI:	<b>CARICA MICROBICA TOTALE / COLIFORMI</b>	<i>ANALISI MICROBIOLOGICHE EFFETTUATE DA LABORATORIO EUROLAB SAS (ACCREDITO SINAL N° 0730) 28 agosto 2007</i>	
AMBIENTE:	<b>LABORATORIO 2 LAVORAZIONI ALIMENTARI</b>		
PRINCIPIO ATTIVO:	<b>DIMETIL-DIDECILAMMONIO CLORURO (DDAC)</b>		
PRODOTTO	<b>SEPTAMON HYGIENIO</b>		

RAPPORTO DI PROVA EUROLAB NUMERO	AMBIENTE	SUPERFICE TAMPONATA	TIPO TRATTAMENTO	MODALITA' PRELIEVO TAMPONI	AGENTE INFETTANTE: CARICA BATTERICA TOTALE (UFC/CM <sup>2</sup> )	% DI ABBATTIMENTO CARICA BATTERICA	AGENTE INFETTANTE: COLIFORMI TOTALI (UFC/CM <sup>2</sup> )	% DI ABBATTIMENTO COLIFORMI
	SURFACE	BUFFERED SURFACE	TREATMENT	METHOD	BACTERIAL ACTION (UFC/CM <sup>2</sup> )	% ELIMINATED BACTERIAL	COLIFORMI ACTION (UFC/CM <sup>2</sup> )	% ELIMINATED COLIFORMI
AO19.07/Ta	TAVOLO PASTICCERIA / CONFECTIONERY TABLE	INOX		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	94		4	
AO19.07/Tb	TAVOLO PASTICCERIA / CONFECTIONERY TABLE	INOX	Db2	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	<1	<b>100%</b>	<1	<b>100%</b>
AO19.07/Tc	LAMA AFFETTATRICE / SLICER	INOX		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	540		3	
AO19.07/Td	LAMA AFFETTATRICE / SLICER	INOX	Db2	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	4	<b>99,26%</b>	<1	<b>100%</b>
AO19.07/Te	MANIGLIA CASSETTIERA / DRAWER'S HANDLE	INOX		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	4300		<1	
AO19.07/Tf	MANIGLIA CASSETTIERA / DRAWER'S HANDLE	INOX	Db2	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	6	<b>99,86%</b>	<1	<b>n.d.</b>

LEGENDA			
STD =	TRATTAMENTO STANDARD	*	n.d. = NON DETERMINABILE
Db1 =	TRATTAMENTO DETERSIVO (B1)	*	
Db2 =	TRATTAMENTO DETERSIVO (B2)	*	
INT =	TRATTAMENTO INTEGRATIVO	*	
* VEDI "STUDIO SPERIMENTALE DI VALIDAZIONE EUROLAB"			



<b>TEST MICROBIOLOGICO</b>		<b>TRATTAMENTO SISTEMA HYGIENIO</b>	
<b>ANALISI EFFICACIA PROGRESSIVA DEL TRATTAMENTO</b>		<b>28 ottobre 2006</b>	
AGENTI INFETTANTI:	CARICA MICROBICA TOTALE	<i>ANALISI MICROBIOLOGICHE EFFETTUATE DA            LABORATORIO EUROLAB SAS            (ACCREDITO SINAL N° 0730)            28 ottobre 2006</i>	
AMBIENTE:	SERVIZI IGIENICI		
PRINCIPIO ATTIVO:	DIMETIL-DIDECILAMMONIO CLORURO (DDAC)		
PRODOTTO	SEPTAMON HYGIENIO		

RAPPORTO DI PROVA EUROLAB NUMERO	AMBIENTE	SUPERFICE TAMPONATA	TIPO TRATTAMENTO	MODALITA' PRELIEVO TAMPONI	AGENTE INFETTANTE: CARICA BATTERICA TOTALE (UFC/CM^2)	% DI ABBANDONAMENTO CARICA BATTERICA	AGENTE INFETTANTE: COLIFORMI TOTALI (UFC/CM^2)	% DI ABBANDONAMENTO COLIFORMI
	SURFACE	BUFFERED SURFACE	TREATMENT	METHOD	BACTERIAL ACTION (UFC/CM^2)	% ELIMINATED BACTERIAL	COLIFORMI ACTION (UFC/CM^2)	% ELIMINATED COLIFORMI
19667	SERVIZI IGIENICI	GRES PORCELLANATO		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	5915000			
19667	SERVIZI IGIENICI	GRES PORCELLANATO	STD	DOPO SOLO 5 MINUTI - AFTER ONLY 5 MINUTE	162000	<b>97,26%</b>		
19667	SERVIZI IGIENICI	GRES PORCELLANATO	STD	DOPO 1 ORA - AFTER 1 HOUR	50480	<b>99,15%</b>		
19667	SERVIZI IGIENICI	GRES PORCELLANATO	STD	DOPO 3 ORE - AFTER 3 HOURS	6590	<b>99,89%</b>		
19667	SERVIZI IGIENICI	GRES PORCELLANATO	STD	DOPO 12 ORE - AFTER 12 HOURS	4880	<b>99,92%</b>		

<b>TEST RELATIVO AD UN SECONDO TRATTAMENTO DOPO 12 ORE</b>								
19667	SERVIZI IGIENICI	GRES PORCELLANATO		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	4880			
19667	SERVIZI IGIENICI	GRES PORCELLANATO	STD	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	450	<b>99,99%</b>		

LEGENDA			
STD =	TRATTAMENTO STANDARD	*	n.d. = NON DETERMINABILE
Db1 =	TRATTAMENTO DETERSIVO (B1)	*	
Db2 =	TRATTAMENTO DETERSIVO (B2)	*	
INT =	TRATTAMENTO INTEGRATIVO	*	
* VEDI "STUDIO SPERIMENTALE DI VALIDAZIONE EUROLAB"			



<b>TEST MICROBIOLOGICO</b>		<b>TRATTAMENTO SISTEMA HYGIENIO</b>	
		<b>27 novembre 2007</b>	
AGENTI INFETTANTI:	<b>CARICA MICROBICA TOTALE</b>	<i>ANALISI MICROBIOLOGICHE EFFETTUATE DA LABORATORIO EUROLAB SAS (ACCREDITO SINAL N° 0730) 27 novembre 2007</i>	
AMBIENTE:	<b>STUDIO DENTISTICO UMBRO</b> SALA INTERVENTI N°1		
PRINCIPIO ATTIVO:	<b>DIMETIL-DIDECILAMMONIO CLORURO (DDAC)</b>		
PRODOTTO	<b>SEPTAMON HYGIENIO</b>		

RAPPORTO DI PROVA EUROLAB NUMERO	AMBIENTE	TIPO TRATTAMENTO	MODALITA' PRELIEVO TAMPONI	AGENTE INFETTANTE: CARICA BATTERICA TOTALE (UFC/CM^2)	% DI ABBATTIMENTO CARICA BATTERICA	AGENTE INFETTANTE: COLIFORMI TOTALI (UFC/CM^2)	% DI ABBATTIMENTO COLIFORMI
	SURFACE	TREATMENT	METHOD	BACTERIAL ACTION (UFC/25CM^2)	% ELIMINATED BACTERIAL	COLIFORMI ACTION (UFC/25CM^2)	% ELIMINATED COLIFORMI
AT29.07/T1	PIANO DI LAVORO		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	25			
AT29.07/T6	PIANO DI LAVORO	STD	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	0	<b>100%</b>		
AT29.07/T2	CASSETTIERA CARRELLO		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	75			
AT29.07/T7	CASSETTIERA CARRELLO	STD	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	0	<b>100%</b>		
AT29.07/T4	POLTRONA RIUNITO		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	20			
AT29.07/T9	POLTRONA RIUNITO	STD	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	0	<b>100%</b>		
AT29.07/T5	SGABELLO DENTISTA		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	200			
AT29.07/T10	SGABELLO DENTISTA	STD	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	20	<b>90%</b>		

LEGENDA STD = TRATTAMENTO STANDARD * * VEDI "STUDIO SPERIMENTALE DI VALIDAZIONE EUROLAB"	n.d. = NON DETERMINABILE
--	--------------------------