



TEST MICROBIOLOGICO		TRATTAMENTO SISTEMA HYGIENIO	
ANALISI EFFICACIA PROGRESSIVA DEL TRATTAMENTO		28 ottobre 2006	
AGENTI INFETTANTI:	CARICA MICROBICA TOTALE	<i>ANALISI MICROBIOLOGICHE EFFETTUATE DA LABORATORIO EUROLAB SAS (ACCREDITO SINAL N° 0730) 28 ottobre 2006</i>	
AMBIENTE:	SERVIZI IGIENICI		
PRINCIPIO ATTIVO:	DIMETIL-DIDECILAMMONIO CLORURO (DDAC)		
PRODOTTO	SEPTAMON HYGIENIO		

RAPPORTO DI PROVA EUROLAB NUMERO	AMBIENTE	SUPERFICE TAMPONATA	TIPO TRATTAMENTO	MODALITA' PRELIEVO TAMPONI	AGENTE INFETTANTE: CARICA BATTERICA TOTALE (UFC/CM^2)	% DI ABBANDONAMENTO CARICA BATTERICA	AGENTE INFETTANTE: COLIFORMI TOTALI (UFC/CM^2)	% DI ABBANDONAMENTO COLIFORMI
	SURFACE	BUFFERED SURFACE	TREATMENT	METHOD	BACTERIAL ACTION (UFC/CM^2)	% ELIMINATED BACTERIAL	COLIFORMI ACTION (UFC/CM^2)	% ELIMINATED COLIFORMI
19667	SERVIZI IGIENICI	GRES PORCELLANATO		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	5915000			
19667	SERVIZI IGIENICI	GRES PORCELLANATO	STD	DOPO SOLO 5 MINUTI - AFTER ONLY 5 MINUTE	162000	97,26%		
19667	SERVIZI IGIENICI	GRES PORCELLANATO	STD	DOPO 1 ORA - AFTER 1 HOUR	50480	99,15%		
19667	SERVIZI IGIENICI	GRES PORCELLANATO	STD	DOPO 3 ORE - AFTER 3 HOURS	6590	99,89%		
19667	SERVIZI IGIENICI	GRES PORCELLANATO	STD	DOPO 12 ORE - AFTER 12 HOURS	4880	99,92%		

TEST RELATIVO AD UN SECONDO TRATTAMENTO DOPO 12 ORE								
19667	SERVIZI IGIENICI	GRES PORCELLANATO		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	4880			
19667	SERVIZI IGIENICI	GRES PORCELLANATO	STD	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	450	99,99%		

LEGENDA			
STD =	TRATTAMENTO STANDARD	*	n.d. = NON DETERMINABILE
Db1 =	TRATTAMENTO DETERSIVO (B1)	*	
Db2 =	TRATTAMENTO DETERSIVO (B2)	*	
INT =	TRATTAMENTO INTEGRATIVO	*	
* VEDI "STUDIO SPERIMENTALE DI VALIDAZIONE EUROLAB"			



TEST MICROBIOLOGICO		TRATTAMENTO SISTEMA HYGIENIO	
		22 novembre 2007	
AGENTI INFETTANTI:	CARICA MICROBICA TOTALE	<i>ANALISI MICROBIOLOGICHE EFFETTUATE DA LABORATORIO EUROLAB SAS (ACCREDITO SINAL N° 0730) 27 novembre 2007</i>	
AMBIENTE:	STUDIO DENTISTICO VR1 SALA INTERVENTI N°1		
PRINCIPIO ATTIVO:	DIMETIL-DIDECILAMMONIO CLORURO (DDAC)		
PRODOTTO	SEPTAMON HYGIENIO		

RAPPORTO DI PROVA EUROLAB NUMERO	AMBIENTE	TIPO TRATTAMENTO	MODALITA' PRELIEVO TAMPONI	AGENTE INFETTANTE: CARICA BATTERICA TOTALE (UFC/CM^2)	% DI ABBATTIMENTO CARICA BATTERICA	AGENTE INFETTANTE: COLIFORMI TOTALI (UFC/CM^2)	% DI ABBATTIMENTO COLIFORMI
	SURFACE	TREATMENT	METHOD	BACTERIAL ACTION (UFC/25CM^2)	% ELIMINATED BACTERIAL	COLIFORMI ACTION (UFC/25CM^2)	% ELIMINATED COLIFORMI
AT75.07/T3	MANIGLIA CASSETTIERA		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	1			
AT75.07/T14		STD	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	0	100%		
AT75.07/T4	PUNTO DI CONTATTO PORTA		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	2			
AT75.07/T15		STD	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	0	100%		
AT75.07/T8	PAVIMENTO VICINO RIUNITO		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	25			
AT75.07/T19		STD	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	0	100%		

LEGENDA STD = TRATTAMENTO STANDARD * * VEDI "STUDIO SPERIMENTALE DI VALIDAZIONE EUROLAB"	n.d. = NON DETERMINABILE
--	--------------------------



TEST MICROBIOLOGICO		TRATTAMENTO SISTEMA HYGIENIO	
		22 novembre 2007	
AGENTI INFETTANTI:	CARICA MICROBICA TOTALE	<i>ANALISI MICROBIOLOGICHE EFFETTUATE DA LABORATORIO EUROLAB SAS (ACCREDITO SINAL N° 0730) 27 novembre 2007</i>	
AMBIENTE:	STUDIO DENTISTICO VR2 SALA N° 1		
PRINCIPIO ATTIVO:	DIMETIL-DIDECILAMMONIO CLORURO (DDAC)		
PRODOTTO	SEPTAMON HYGIENIO		

RAPPORTO DI PROVA EUROLAB NUMERO	AMBIENTE	TIPO TRATTAMENTO	MODALITA' PRELIEVO TAMPONI	AGENTE INFETTANTE: CARICA BATTERICA TOTALE (UFC/CM^2)	% DI ABBATTIMENTO CARICA BATTERICA	AGENTE INFETTANTE: COLIFORMI TOTALI (UFC/CM^2)	% DI ABBATTIMENTO COLIFORMI
	SURFACE	TREATMENT	METHOD	BACTERIAL ACTION (UFC/25CM^2)	% ELIMINATED BACTERIAL	COLIFORMI ACTION (UFC/25CM^2)	% ELIMINATED COLIFORMI
AT76.07/T1	BRACCIOLO POLTRONA RIUNITO		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	5			
AT76.07/T7	BRACCIOLO POLTRONA RIUNITO	STD	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	0	100%		
AT76.07/T2	TASTIERA FARETRA		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	4			
AT76.07/T8	TASTIERA FARETRA	STD	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	0	100%		
AT76.07/3	SGABELLO RIUNITO		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	8			
AT76.07/T9	SGABELLO RIUNITO	STD	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	0	100%		

LEGENDA STD = TRATTAMENTO STANDARD * * VEDI "STUDIO SPERIMENTALE DI VALIDAZIONE EUROLAB"	n.d. = NON DETERMINABILE
--	--------------------------



TEST MICROBIOLOGICO		TRATTAMENTO SISTEMA HYGIENIO	
		27 novembre 2007	
AGENTI INFETTANTI:	CARICA MICROBICA TOTALE	<i>ANALISI MICROBIOLOGICHE EFFETTUATE DA LABORATORIO EUROLAB SAS (ACCREDITO SINAL N° 0730) 27 novembre 2007</i>	
AMBIENTE:	STUDIO DENTISTICO UMBRO SALA INTERVENTI N°1		
PRINCIPIO ATTIVO:	DIMETIL-DIDECILAMMONIO CLORURO (DDAC)		
PRODOTTO	SEPTAMON HYGIENIO		

RAPPORTO DI PROVA EUROLAB NUMERO	AMBIENTE	TIPO TRATTAMENTO	MODALITA' PRELIEVO TAMPONI	AGENTE INFETTANTE: CARICA BATTERICA TOTALE (UFC/CM ²)	% DI ABBATTIMENTO CARICA BATTERICA	AGENTE INFETTANTE: COLIFORMI TOTALI (UFC/CM ²)	% DI ABBATTIMENTO COLIFORMI
	SURFACE	TREATMENT	METHOD	BACTERIAL ACTION (UFC/25CM ²)	% ELIMINATED BACTERIAL	COLIFORMI ACTION (UFC/25CM ²)	% ELIMINATED COLIFORMI
AT29.07/T1	PIANO DI LAVORO		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	25			
AT29.07/T6	PIANO DI LAVORO	STD	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	0	100%		
AT29.07/T2	CASSETTIERA CARRELLO		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	75			
AT29.07/T7	CASSETTIERA CARRELLO	STD	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	0	100%		
AT29.07/T4	POLTRONA RIUNITO		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	20			
AT29.07/T9	POLTRONA RIUNITO	STD	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	0	100%		
AT29.07/T5	SGABELLO DENTISTA		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	200			
AT29.07/T10	SGABELLO DENTISTA	STD	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	20	90%		

LEGENDA STD = TRATTAMENTO STANDARD * * VEDI "STUDIO SPERIMENTALE DI VALIDAZIONE EUROLAB"	n.d. = NON DETERMINABILE
--	--------------------------